


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/08/2025 - 10/09/2025
Dias de utilização	11/13 dias (85%)	
>= 4 horas	8 dias (62%)	
< 4 horas	3 dias (23%)	
Horas de utilização	54 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 13 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/09/2025)	54 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217813
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 3.9
Eventos por hora	IAH: 0.7

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217813

Utilização (horas)

Dias de utilização **11/13 (85 %)**
>= 4 horas dias **8 (62 %)**
< 4 horas dias **3 (23 %)**
Dias sem utilização **2 (15 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **3,9**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.7**

