


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/08/2025 - 15/09/2025
Dias de utilização	16/18 dias (89%)	
>= 4 horas	13 dias (72%)	
< 4 horas	3 dias (17%)	
Horas de utilização	88 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/09/2025)	88 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217813
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 3.2
Eventos por hora	IAH: 0.5

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217813


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

