


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/09/2025 - 29/09/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (79%)	
< 4 horas	3 dias (21%)	
Horas de utilização	77 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/09/2025)	165 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217813
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 5.3
Eventos por hora	IAH: 0.4

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217813

Utilização (horas)

Dias de utilização **14/14 (100 %)**
>= 4 horas dias **11 (79 %)**
< 4 horas dias **3 (21 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,5 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **5,3**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.4**

