


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/08/2025 - 08/09/2025
Dias de utilização	13/14 dias (93%)	
>= 4 horas	11 dias (79%)	
< 4 horas	2 dias (14%)	
Horas de utilização	100 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 10 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/09/2025)	3,942 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291901
Modo	CPAP
Pressão definida	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 5.5	Máximo: 23.1	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.2	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291901

Utilização (horas)


Dias de utilização **13/14 (93 %)**
>= 4 horas dias **11 (79 %)**
< 4 horas dias **2 (14 %)**
Dias sem utilização **1 (7 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,7 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **23,1**
% 95.º (méd.) **5,5**
Mediana (méd.) **0,0**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **8,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.1**
IH **0.2**
IA **0.9**
IAC **0.3**
IAO **0.5**
IAD **0.0**
RERA **0.8**
%RCS (méd.) **0.0**

