


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/08/2025 - 31/08/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	118 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 19 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 31/08/2025)	730 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 7.8	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.7	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

