


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/09/2025 - 20/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	232 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 45 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 38 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/10/2025)	1,115 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 7.0	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.3	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

