

DADOS DO PACIENTE

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAH: **30,5** Média de Utilização (h:min): **0:38** Adesão Tto.*: **0 %** * Últimos 3 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas

EQUIPAMENTOS

EM 14 ago 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 5,0
Nº de Série: 19042GP4C Alívio Expiratório: 1 cmH₂O
Modo: Auto SensAwake: Desligado
Pressão Mín. Ajustada: 4,0 cmH₂O
Pressão Máx. Ajustada: 10,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 3 DIAS

12 ago 2025 - 14 ago 2025

INÍCIO DA TERAPIA

12 ago 2025 - 14 ago 2025

Total de Dias:

Utilização:	3 (100 %)	3 (100 %)
Utilização >= 4 horas:	0 (0 %)	0 (0 %)
Não Utilizado:	0 (0 %)	0 (0 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia):	0:38	0:38
Média de Utilização (Todos os Dias):	0:38	0:38
Total Func.:	1:54	1:54

EFICÁCIA**

IAH:	30,5	Duração das Apnéias:	22 s	IAC:	2,1
Pressão:	8 cmH ₂ O	Pressão de 90º Percentil:	10 cmH ₂ O	À Pressão Máxima:	33 %
Vazamento do Sistema:	43 L/min	Vazamento no 90º Percentil:	61 L/min	Vazamento Alto:	23 %
Nº de Ativações do SensAwake:	0 por noite	SensAwake Ligado:	0 %		


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 19 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 0:38
Dias de Utilização: 100 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.



DADOS DO PACIENTE

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

IAH

Eventos por hora

IAH: 30,5
 IAC: 2,1
 IAO: 9,2
 IH: 19,3

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH₂O


Média: 8,0
 90º Percentil: 10,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 43
 90º Percentil: 61

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 0:38
 Dias de Utilização: 100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome:	REINALDO KRUGNER	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	08 set 1966	Sexo:	—

Histórico de Prescrições




12 ago 2025
ter 12 ago 2025 21:45 -
qua 13 ago 2025 06:42

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 0:48
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 38,8
Apneia obstrutiva: 5
IAO: 6,3
Hipopneias: 23
IH: 28,8
Apneias centrais: 3
IAC: 3,8
Limitações de Fluxo: 3
Limitações de Fluxo (/h): 3,8
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 8,5
90° Percentil: 10,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 48
90° Percentil: 60
Vazamento Alto*: 17 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO


P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	2	6	2	10	4	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	1	2	3	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 ago 2025

qua 13 ago 2025 16:29 -
qua 13 ago 2025 22:53


Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 26,3
Apneia obstrutiva: 9
IAO: 11,3
Hipopneias: 10
IH: 12,5
Apneias centrais: 2
IAC: 2,5
Limitações de Fluxo: 3
Limitações de Fluxo (/h): 3,8
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 7,0
90º Percentil: 9,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 44
90º Percentil: 63
Vazamento Alto*: 25 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	4	4	14	8	4	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	2	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


14 ago 2025

qui 14 ago 2025 18:20 -
qui 14 ago 2025 18:38

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 0:18
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 26,6
Apneia obstrutiva: 3
IAO: 10,0
Hipopneias: 5
IH: 16,6
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 2
Limitações de Fluxo (/h): 6,7
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 9,4
90º Percentil: 10,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 38
90º Percentil: 60
Vazamento Alto*: 33 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	2	2	4	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 3 DIAS

Nome: REINALDO KRUGNER Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 08 set 1966 Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
12 ago 2025	Auto	Mín. 4,0 Máx. 10,0	5,0	0	0:48	0:48	38,8	3,8	----	----	1	10,0	10,0	60
13 ago 2025	Auto	Mín. 4,0 Máx. 10,0	5,0	0	0:48	0:48	26,3	2,5	----	----	1	9,0	10,0	63
14 ago 2025	Auto	Mín. 4,0 Máx. 10,0	5,0	0	0:18	0:18	26,6	0,0	----	----	1	10,0	10,0	60