



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

MAURICIO DA SILVA

13/10/2025 a 11/11/2025

Paciente 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/11/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

SleepLive: YH480C*227310280
Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão de terapia: 8 cmH2O
Pressão mín: 8 cmH2O
Pressão máx: 10 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Nível 5



Utilização

Dias de utilização: 30/30 dias (100%)
≥ 4 horas: 30 dias (100%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 270h23
Utilização média (por dia): 9h0



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 8.0	Mediana: 36.2	IA 0.00
Percentil 90.º: 8.0	Percentil 90.º: 48.5	IH 0.20
Máximo: 8.48	Máximo: 56.0	IAC 0.00
		IAH 0.20



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br


MAURICIO DA SILVA

13/10/2025 a 11/11/2025

Paciente 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/11/2025 - Pág. 2/2


Utilização



Uso 9h1

Valores médios dos indicadores


Fuga



Fuga 36.58

Valores médios dos indicadores


Pressão



Pressão APAP 8.04
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



IA 0
IH 0.2
IAC 0
IAH 0.2

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

MAURICIO DA SILVA
13/10/2025 a 11/11/2025

Paciente: 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 11/11/2025 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

0

Valores médios dos indicadores

