



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

MAURICIO DA SILVA

15/07/2025 a 12/08/2025

Paciente 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/08/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

SleepLive: YH480C*227310280
Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão de terapia: 8 cmH2O
Pressão mín: 8 cmH2O
Pressão máx: 10 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Nível 5



Utilização

Dias de utilização: 23/29 dias (79%)
≥ 4 horas: 22 dias (75%)
< 4 horas: 1 dias (3%)
Horas de utilização: 232h23
Utilização média (por dia): 10h6



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 8.0	Mediana: 24.7	IA 0.00
Percentil 90.º: 8.1	Percentil 90.º: 36.1	IH 0.44
Máximo: 8.22	Máximo: 44.5	IAC 0.00
		IAH 0.44



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

MAURICIO DA SILVA


15/07/2025 a 12/08/2025

Paciente: 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/08/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Utilização



Uso 10h6

Valores médios dos indicadores


Fuga



Fuga 26.28

Valores médios dos indicadores


Pressão



Pressão APAP 8.02
Pressão CPAP 0.00
FPS 1.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



IA 0
IH 0.44
IAC 0
IAH 0.44

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)


Gerado por
sac@gaslive.com.br

MAURICIO DA SILVA
15/07/2025 a 12/08/2025

Paciente 5649
Idade: 80 anos
Peso: 103Kg
Altura: 1,70
IMC: 35.640

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/08/2025 - Pág. 2/2

Ronco



Valores médios dos indicadores

Ronco 0