


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 08/02/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	193 horas 55 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 28 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 43 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/02/2026)	1,512 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231568092
Modo	CPAP
Pressão definida	7.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 5.5
Eventos por hora	IAH: 0.8

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22231568092

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/30 (93 %)**


>= 4 horas dias **28 (93 %)**

< 4 horas dias **0 (0 %)**

Dias sem utilização **2 (7 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,9 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **5,5**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **7,2**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.8**

