

Data de nasc:	23/07/1947	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	21/12/2025 - 19/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	17/09/2024
ID do paciente:	MARIA HELENA CARV...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J309146532B1C				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 21/12/2025 - 19/01/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	21/12/2025 - 19/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 9horas. 2 min. 58 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 4 min. 8 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 30 min. 5 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 30 min. 5 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 31 min. 30 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 9horas. 4 min. 13 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	6,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	8,2 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	1 min. 26 segundos.
Média de IAH	1,7


Definições do Dispositivo a partir de 19/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH ₂ O
Pressão máx.	9 cmH ₂ O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

▨ Configuração variou

