

Unid: H35795199B583
modem: WD8738379DE88

☒ ACOMPANHAMENTO ☐ CONSULTA
NS J309146532B1C

MARIA HELENA CARVALHO PRADO FIORETTO

IDADE: 77 PESO: 74 ALTURA: 160 PROFISSÃO: Pensionista
SINTOMAS: Poucos, cansaço diurno
QUEIXAS:
MEDICAMENTOS:
MÉDICO:
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S () N
EXERCÍCIO FÍSICO: pilates 3x
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19h
HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO
FUMO () SIM () NÃO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: não
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

17/09/24 Paciente antiga da clínica, aparelho de 2015
apresentou mensagem de malha esgotada,
comprou Dreamstation masc. pico 2
P = 6 - 13 cmH₂O
IAH = 0,3 e/h
Natasha

26/09/24 P = 9.3 cmH₂O
IAH = 1.0
m. de uso: 7h 25'
fuga = 0,0 epm.
Melhora do cansaço diurno.
Jua.

04/11/24 P = 6.8 cmH₂O
P90 = 8.5 cmH₂O
IAH = 1.2 e/h
m de uso: 6h 28 min
Auto 6 a 9 cmH₂O.
sem queixas
↑ umidif.
hoco mangueira/tubo
seu

21/01/25 P = 6.8 cmH₂O
P90 = 8.5 cmH₂O
IAH = 1.1 e/h
m de uso: 7h 15'
Troca filtro
Natasha

Nome: Sra. MARIA HELENA CARVALHO PRADO FIORETTI
Identificação do paciente:
Reference ID:
Data de nascimento: 23 julho 1947
Relatório preparado por: sonofisio.mf@gmail.com às 17/09/2024 em 14:05

ResScan™

Estatísticas

18/08/2024 - 16/09/2024

Dispositivo: S9 AutoSet (S/N: 22141048669)

Parâmetros do dispositivo	APE: FULL_TIME	Nível APE: 2,0 cmH2O
Modo de terapia: AutoSet	Pressão máxima: 13,0 cmH2O	
Pressão mínima: 5,0 cmH2O		
Pressão - cmH2O		
Mediana: 0,0	Percentil 95: 0,0	Máximo/a: 0,0
Fuga - l/min		
Mediana: 0,0	Percentil 95: 0,0	Máximo/a: 0,0
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 0,1	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 0,3
Obstrutiva: 0,1	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 25	Dias de Uso < 4 horas : 4	% Dias de Uso >= 4 horas : 83
Dias de não utilização: 1	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 174:29
Mediana do uso diário: 6:47	Média de uso diário: 5:48	