


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/08/2025 - 22/08/2025
Dias de utilização		3/3 dias (100%)
>= 4 horas		3 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		18 horas 2 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 1 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 1 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 4 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/08/2025)		3,314 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 6.4	Máximo: 22.4	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.0	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.6
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

