


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/01/2026 - 18/02/2026
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	23 dias (77%)	
Horas de utilização	19 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	39 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 18/02/2026)	2,579 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292404
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.1	Percentil 95.º: 3.0	Máximo: 6.5	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.1	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292404


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

