


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/10/2025 - 26/11/2025	
Dias de utilização		23/30 dias (77%)	
>= 4 horas		0 dias (0%)	
< 4 horas		23 dias (77%)	
Horas de utilização		33 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)		1 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		1 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		1 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/11/2025)		2,532 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222292404	
Modo		CPAP	
Pressão definida		6.4 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 3.4	Máximo: 7.3
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.4	IAH: 0.8
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.3		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292404


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

