


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/07/2025 - 19/08/2025
Dias de utilização	25/35 dias (71%)	
>= 4 horas	2 dias (6%)	
< 4 horas	23 dias (66%)	
Horas de utilização	48 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	1 horas 55 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	1 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/08/2025)	2,444 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292404
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.9	Percentil 95.º: 4.2	Máximo: 8.5	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.4	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292404


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

