


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/08/2025 - 02/09/2025
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	21 dias (70%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	146 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)	4,026 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039626
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.7	Percentil 95.º: 7.3	Máximo: 7.7	
Fugas — l/min	Mediana: 7.9	Percentil 95.º: 22.0	Máximo: 28.2	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.4	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039626


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

