


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/02/2026 - 02/03/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		27 dias (90%)	
< 4 horas		3 dias (10%)	
Horas de utilização		189 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/03/2026)		10,976 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22201675308	
Modo		CPAP	
Pressão definida		9.4 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 27.7	Máximo: 34.1
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 1.2	IAH: 2.8
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.6		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22201675308


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

