


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/01/2026 - 28/02/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	225 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/02/2026)	9,175 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221425653
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.4	Percentil 95.º: 6.4	Máximo: 6.8	
Fugas — l/min	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 19.4	Máximo: 29.3	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.7	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 1.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	5 minutos (1%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221425653

Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **29 (97 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,8 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **29,3**
% 95.º (méd.) **19,4**
Mediana (méd.) **5,8**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**
Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **6,8**
% 95.º (méd.) **6,4**
Mediana (méd.) **5,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **2.5**
IH **0.7**
IA **1.8**
IAC **1.7**
IAO **0.1**
IAD **0.0**
RERA **0.0**
%RCS (méd.) **1.1**

