


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/07/2025 - 16/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	250 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/08/2025)	7,692 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221425653
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 6.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 17.9	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.7	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 1.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221425653

Utilização (horas)

Dias de utilização

30/30 (100 %)

>= 4 horas dias

30 (100 %)

< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

8,4 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


17,9

% 95.º (méd.)

10,0

Mediana (méd.)

0,4



Pressão (cmH2O)

Modo

AutoSet

Definir EPR

Apenas rampa, 1.0

Definir pressão máx.

7,0

Definir pressão mín.

5,0

Máximo (méd.)


6,9

% 95.º (méd.)

6,6

Mediana (méd.)

5,5



IAH (eventos/hora)

IAH

2.3

IH

0.7

IA

1.6

IAC

1.5

IAO

0.1

IAD

0.0

RERA

0.0

%RCS (méd.)

0.3

