

Data de nasc:	27/05/1987	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/11/2025 - 10/12/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	10/09/2024
ID do paciente:	FELIPE CESARCRUZ ...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36690545F51E				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 11/11/2025 - 10/12/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/11/2025 - 10/12/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 4horas. 12 min. 49 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 56 min. 52 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 20 min. 25 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 20 min. 25 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 38 min. 47 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 4horas. 13 min. 2 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	1 min. 56 segundos.
Média de IAH	1,3
Pressão CPAP	9,5 cmH2O

Definições do Dispositivo a partir de 10/12/2025

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9,5 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Desativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	7,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	1
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

