


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/11/2025 - 16/12/2025
Dias de utilização	19/30 dias (63%)	
>= 4 horas	16 dias (53%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	92 horas 3 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/12/2025)	2,954 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231654239
Modo	CPAP
Pressão definida	8.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 8.9	Percentil 95.º: 28.4	Máximo: 33.7	
Eventos por hora	IA: 3.1	IH: 0.3	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 2.4	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231654239


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

