

PAIVA TINOCO, FLAVIO

Relatório de resumo

Data de nasc:	28/04/1972	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	15/12/2025 - 13/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	22/04/2025
ID do paciente:	FLAVIOPAIVA TINOC...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J257449918583				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 15/12/2025 - 13/01/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	15/12/2025 - 13/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	90,0%
Uso acumulado	9 dias 11horas. 3 min. 24 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 41 min. 49 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 34 min. 6 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8horas. 24 min. 34 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4 min. 51 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	86,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	13,3%
Tempo total com soprador	10 dias 4horas. 39 min. 30 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	2horas. 51 min. 44 segundos.
Média de IAH	3,4




Definições do Dispositivo a partir de 13/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH ₂ O
Pressão máx.	12 cmH ₂ O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

