

PAIVA TINOCO, FLAVIO

Relatório de resumo

Data de nasc: 28/04/1972

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 20/09/2025 - 19/10/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 22/04/2025

ID do paciente: FLAVIOPAIVA TINOC...

Telefone:

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J257449918583

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA
CLAUDIA

FARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 20/09/2025 - 19/10/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	20/09/2025 - 19/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	10 dias 9 horas. 17 min. 32 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10 horas. 31 min. 12 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8 horas. 18 min. 35 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8 horas. 18 min. 35 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5 horas. 4 min. 59 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	10 dias 14 horas. 14 min. 50 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	1 horas. 40 min. 36 segundos.
Média de IAH	2,8




Definições do Dispositivo a partir de 19/10/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH ₂ O
Pressão máx.	12 cmH ₂ O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Não existem dados disponíveis

