


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/07/2025 - 18/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	182 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 5 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 5 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 18/08/2025)	7,184 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211100277
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia						
Fugas — l/min	Mediana:	16.6	Percentil 95.º:	40.9	Máximo:	46.5
Eventos por hora	IA:	1.6	IH:	0.3	IAH:	1.9
Índice de apneia	Central:	1.3	Obstrutiva:	0.2	Desconhecido	0.1
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211100277


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

