


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/09/2025 - 05/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	231 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 43 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/10/2025)	2,721 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 15.0	Máximo: 23.7	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.7	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

