


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |              | 21/07/2025 - 19/08/2025 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Dias de utilização                                           |              | 30/30 dias (100%)       |                 |
| >= 4 horas                                                   |              | 30 dias (100%)          |                 |
| < 4 horas                                                    |              | 0 dias (0%)             |                 |
| Horas de utilização                                          |              | 189 horas 19 minutos    |                 |
| Utilização média (total de dias)                             |              | 6 horas 19 minutos      |                 |
| Utilização média (dias de utilização)                        |              | 6 horas 19 minutos      |                 |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |              | 6 horas 4 minutos       |                 |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 19/08/2025) |              | 5,936 horas             |                 |
| AirSense 10 AutoSet For Her                                  |              |                         |                 |
| Número de série                                              |              | 22191823316             |                 |
| Modo                                                         |              | CPAP                    |                 |
| Pressão definida                                             |              | 6.6 cmH2O               |                 |
| EPR                                                          |              | Apenas rampa            |                 |
| Nível de EPR                                                 |              | 1                       |                 |
| Terapia                                                      |              |                         |                 |
| Fugas — l/min                                                | Mediana: 1.8 | Percentil 95.º: 18.8    | Máximo: 41.6    |
| Eventos por hora                                             | IA: 0.6      | IH: 0.1                 | IAH: 0.7        |
| Índice de apneia                                             | Central: 0.2 | Obstrutiva: 0.3         | Desconhecid 0.1 |
| Índice RERA                                                  |              | 0.5                     |                 |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)           |              | 0 minutos (0%)          |                 |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet For Her

NS: 22191823316


## Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**  
**>= 4 horas dias** **30 (100 %)**  
**< 4 horas dias** **0 (0 %)**  
Dias sem utilização **0 (0 %)**  
Dias sem dados **0 (0 %)**  
  
Utilização/dia (méd.) **6,3 h**




## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**  
  
Máximo (méd.) **41,6**  
**% 95.º (méd.)** **18,8**  
**Mediana (méd.)** **1,8**



## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**  
Definir EPR **Apenas rampa,**  
**1.0**  
  
**Pressão definida** **6,6**



## IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC ☐

IAO ☐

IAD ☐

RERA ☐

%RCS (méd.) ☐

0.7

0.1

0.6

0.2

0.3

0.1

0.5

0.0

