


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 08/02/2026
Dias de utilização	16/30 dias (53%)	
>= 4 horas	6 dias (20%)	
< 4 horas	10 dias (33%)	
Horas de utilização	58 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/02/2026)	4,000 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292571
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 20.6	Máximo: 68.9	
Eventos por hora	IA: 3.7	IH: 1.5	IAH: 5.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 2.5	Desconhecid	1.2
Índice RERA	1.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292571

