


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/09/2025 - 06/10/2025
Dias de utilização	10/15 dias (67%)	
>= 4 horas	1 dias (7%)	
< 4 horas	9 dias (60%)	
Horas de utilização	25 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 43 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/10/2025)	3,075 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222040093
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.0	Percentil 95.º: 28.2	Máximo: 34.8	
Eventos por hora	IA: 2.5	IH: 1.4	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 2.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040093

Utilização (horas)


Dias de utilização **10/15 (67 %)**
>= 4 horas dias 1 (7 %)
< 4 horas dias 9 (60 %)
Dias sem utilização **5 (33 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **2,6 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **34,8**
% 95.º (méd.) 28,2
Mediana (méd.) 5,0



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida 9,0



IAH (eventos/hora)

IAH **3.9**
IH **1.4**
IA **2.5**
IAC **0,3**
IAO **2,1**
IAD **0,0**
RERA **1,0**
%RCS (méd.) **0.0**

