


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/10/2025 - 10/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	233 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/11/2025)	2,909 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881644
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.1	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 2.0	Máximo: 48.6	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.3	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881644


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

