


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/10/2025 - 17/11/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	150 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/11/2025)	6,430 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549764
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.1	Percentil 95.º: 12.8	Máximo: 20.1	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 1.8	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549764

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/30 (93 %)**
>= 4 horas dias **27 (90 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **2 (7 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,4 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **20,1**
% 95.º (méd.) **12,8**
Mediana (méd.) **1,1**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **7,8**



IAH (eventos/hora)

IAH **3.9**
IH **1.8**
IA **2.1**
IAC **1.1**
IAO **1.0**
IAD **0.0**
RERA **1.8**
%RCS (méd.) **0.0**

