


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/08/2025 - 21/08/2025
Dias de utilização	4/4 dias (100%)	
>= 4 horas	3 dias (75%)	
< 4 horas	1 dias (25%)	
Horas de utilização	18 horas 49 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 38 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/08/2025)	5,952 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549764
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.5	Percentil 95.º: 14.1	Máximo: 27.3	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 0.7	IAH: 2.7	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549764


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

