


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/01/2026 - 22/02/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	164 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 28 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 39 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/02/2026)	6,949 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549764
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 9.3	Máximo: 22.1	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 1.5	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549764


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

