



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
13/11/2025 a 12/12/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/12/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente

 Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010027
Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão de terapia: 5 cmH2O
Rampa: Automático
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático

 Utilização

Dias de utilização: 28/30 dias (93%)
≥ 4 horas: 28 dias (93%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 297h28
Utilização média (por dia): 10h37

 Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 6.1	Mediana: 0.1	IA 0.29
Percentil 90.º: 6.1	Percentil 90.º: 0.3	IH 1.32
Máximo: 6.69	Máximo: 0.6	IAC 0.01
		IAH 1.61



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA

13/11/2025 a 12/12/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/12/2025 - Pág. 2/2


Gerado por
sac@gaslive.com.br

Utilização

Uso

10h37

Valores médios dos indicadores




Fuga

Fuga

0.16

Valores médios dos indicadores



Pressão

Pressão APAP

6.08


Pressão CPAP

0.00

FPS

1.00

Valores médios dos indicadores



Eventos

IA

0.29

IH

1.32


IAC

0.01

IAH

1.61

Valores médios dos indicadores





SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA

13/11/2025 a 12/12/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 12/12/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

Ronco

28.55

Valores médios dos indicadores

