



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
15/09/2025 a 14/10/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 14/10/2025 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010027
Modo: CPAP
Pressão Inicial: 4 cmH2O
Pressão de terapia: 5 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Nível 165



Utilização

Dias de utilização: 29/30 dias (96%)
≥ 4 horas: 29 dias (96%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 279h12
Utilização média (por dia): 9h37



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 5.0	Mediana: 0.1	IA 0.19
Percentil 90.º: 5.0	Percentil 90.º: 0.4	IH 1.23
Máximo: 5	Máximo: 1.1	IAC 0.01
		IAH 1.42



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA

15/09/2025 a 14/10/2025


Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 14/10/2025 - Pág. 2/2

Utilização

● **Uso** **9h38**

Valores médios dos indicadores



Fuga

● **Fuga** **0.22**

Valores médios dos indicadores



Pressão

● **Pressão APAP** **0.00**
● **Pressão CPAP** **5.00**
● **FPS** **1.00**


Valores médios dos indicadores



Eventos

● **IA** **0.19**
● **IH** **1.23**
● **IAC** **0.01**
○ **IAH** **1.42**

Valores médios dos indicadores





SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
15/09/2025 a 14/10/2025

Paciente **9473**
Idade: **68 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 14/10/2025 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Ronco

Ronco 14.31

Valores médios dos indicadores

