



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA
23/02/2026 a 24/03/2026

Paciente **9473**
Idade: **69 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:
SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 24/03/2026 - Pág. 1/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Relatório do Paciente

 Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010027
Modo: APAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão mín: 5 cmH2O
Pressão máx: 7 cmH2O
Rampa: Automático
Nível de FPS: 1 cmH2O
Umidificação: Automático

 Utilização

Dias de utilização: 25/30 dias (83%)
≥ 4 horas: 25 dias (83%)
< 4 horas: 0 dias (0%)
Horas de utilização: 230h54
Utilização média (por dia): 9h14

 Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 6.1	Mediana: 0.3	IA 0.16
Percentil 90.º: 6.1	Percentil 90.º: 0.4	IH 0.54
Máximo: 6.77	Máximo: 2.4	IAC 0.00
		IAH 0.70



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA


23/02/2026 a 24/03/2026

Paciente **9473**
Idade: **69 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 24/03/2026 - Pág. 2/2


Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Utilização




Valores médios dos indicadores

Fuga




Valores médios dos indicadores

Pressão



Valores médios dos indicadores

Eventos



Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

CLICIA MARIA DO NASCIMENTO BARAUNA

23/02/2026 a 24/03/2026

Paciente **9473**
Idade: **69 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 24/03/2026 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Ronco

Ronco

28.23

Valores médios dos indicadores

