

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. TISE DA CUNHA CELSO**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **26 junho 1965** Idade: **60**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **23/08/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados:	Não	

Estatísticas

19/08/2025 - 23/08/2025 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22232882333)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH2O
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: ON
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: SUAVE
Pressão mínima: 5,0 cmH2O	Pressão máxima: 10,0 cmH2O	
Pressão - cmH2O		
Mediana: 7,0	Percentil 95: 9,6	Máximo/a: 10,0
Fuga - l/min		
Mediana: 2,4	Percentil 95: 11,4	Máximo/a: 21,6
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 0,3	Índice de hipopneia: 0,5	AHI: 0,8
Obstrutiva: 0,2	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0
Índice RERA: 0,1	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 4	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 80
Dias de não utilização: 1	Totalidade de dias: 5	Horas de utilização: 27:47
Mediana do uso diário: 7:01	Média de uso diário: 5:33	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


19/08/2025 - 23/08/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22232882333)


Pressão



Fuga



IAH & IA



Uso

