


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/08/2025 - 08/09/2025
Dias de utilização	11/13 dias (85%)	
>= 4 horas	4 dias (31%)	
< 4 horas	7 dias (54%)	
Horas de utilização	36 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/09/2025)	2,254 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221597120
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 20.5	Máximo: 25.0	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.1	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

