


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/09/2025 - 21/09/2025
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	3 dias (23%)	
< 4 horas	9 dias (69%)	
Horas de utilização	39 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/09/2025)	2,293 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221597120
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 15.1	Máximo: 26.2	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.2	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

