


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/08/2025 - 26/08/2025
Dias de utilização	8/8 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	52 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 33 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/08/2025)	2,217 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221597120
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 11.1	Máximo: 11.9	
Fugas — l/min	Mediana: 7.7	Percentil 95.º: 21.3	Máximo: 28.7	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.1	IAH: 0.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

