

CAMARGO, EDIO DE

Relatório de resumo

Data de nasc:	20/01/1957	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	02/09/2025 - 01/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	01/08/2025
ID do paciente:	EDIO DE CAMARGO47...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J371619293B42				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 02/09/2025 - 01/10/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	02/09/2025 - 01/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	20 dias
Dias sem uso do aparelho	10 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	66,7%
Uso acumulado	4 dias 38 min. 35 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8 horas. 11 min. 39 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3 horas. 13 min. 17 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4 horas. 49 min. 55 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4 min. 40 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	43,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	56,7%
Tempo total com soprador	4 dias 1 horas. 32 min. 38 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	1 horas. 42 min. 57 segundos.
Média de IAH	3,9
Pressão CPAP	7,5 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 01/10/2025

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	7,5 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Configuração variou

