

MARIA APARECIDA BERNARDES DA ROSA

HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	Zopidem
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	AHS = 1.8/h

16/12 pte relata que a troca da máscara
 e fuga: 41.4 l/min. / m. de uso: 7h
 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$.

Relata não está dormindo. — fua
 Zopidem — não estava utilizando.

18/01 pte relata melhora do quadro,
 21 relata melhora do uso, IAH = 1.2h
 m. de uso: 7h / Fuga = 44.4.
 uso constante microfine — fua.
 Troca a máscara p/ N20.

28/03 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 21 m. de uso: 7h 28'
 IAH: 1.1/h fua

05/05 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 22 m. de uso: 6h 47'
 IAH = 1.1

Bem adaptado, troca filtro e
 máscara fua

18/11 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$ Ajuste a máscara
 22 IAH = 0.9 2/ev Bem adaptado
 m. de uso: 6h 35' fua
 Fuga = 38 l/min.

19/12 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 23 IAH = 0.9 fua
 m. de uso: 6h

12/08 $P = 10.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 24 IAH = 0.8
 m. de uso: 6h 37'
 Bem adaptado, troca a másc.
 Wisp tee. fua.

Nome: Sr. Maria B da Rosa

Identificação do paciente:

Reference ID:

Data de nascimento: 27 fevereiro 1946

Relatório preparado por: sonofisio.mf@gmail.com às 19/01/2021 em 08:50

RUA SANTA ELZA, 418
VILA ADYANA
(12)99724-7053


sonofisio

Scan™

Estatísticas

21/12/2020 - 18/01/2021

Dispositivo: AirSense 10 Elite (S/N: 22151189749)

Parâmetros do dispositivo

Modo de terapia: CPAP

Nível APE: 3,0 cmH2O

Ativação subida: ON

Fuga - l/min

Mediana: 24,0

Índices respiratórios - eventos/hora

Índice de apneia: 0,1

Obstrutiva: 0,1

Índice RERA: 0,3

Utilização Total

Dias de Uso >= 4 horas : 28

Dias de não utilização: 0

Mediana do uso diário: 7:17

Pressão programada: 10,6 cmH2O

Activar APE: ON

Tempo de rampa: 10,0 Minutos

Percentil 95: 44,4

Índice de hipopneia: 1,1

Central: 0,0

% tempo em CSR: 0,0

Dias de Uso < 4 horas : 1

Totalidade de dias: 29

Média de uso diário: 6:54

APE: RAMP_ONLY

Activação paciente APE: ON

Acesso: ON

Máximo/a: 51,6

- AHI: 1,2

Desconhecida: 0,0

% Dias de Uso >= 4 horas : 96

Horas de utilização: 200:28

Estatísticas de oximetria