

Data de nasc: 23/11/2002

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 26/08/2025 - 24/09/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 25/09/2025

ID do paciente:

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J377217208372

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA
CLAUDIAFARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 26/08/2025 - 24/09/2025**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	26/08/2025 - 24/09/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	11 dias 12horas. 46 min. 8 segundos.
Uso máximo (1 dia)	12horas. 41 min. 6 segundos.
Média de uso (todos os dias)	9horas. 13 min. 32 segundos.
Média de uso (dias de uso)	9horas. 13 min. 32 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 12 min. 45 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	11 dias 12horas. 46 min. 21 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	12,2 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	14,7 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	14,4 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	7,4


Definições do Dispositivo a partir de 24/09/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	11 cmH ₂ O
Pressão máx.	15 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	11,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

