

JUNITI MANAKO, JULIO

Relatório de resumo

Data de nasc:	07/08/1955	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	07/09/2025 - 06/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	15/07/2024
ID do paciente:	JULIOJUNITI MANAK...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J3669847037DF				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 07/09/2025 - 06/10/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	07/09/2025 - 06/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 44 min. 19 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9 horas. 32 min. 6 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6 horas. 25 min. 28 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6 horas. 25 min. 28 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3 horas. 38 min. 4 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	93,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	6,7%
Tempo total com soprador	8 dias 1 horas. 4 min. 30 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,0 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	5,5 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	6,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	3,1




Definições do Dispositivo a partir de 06/10/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4,5 cmH2O
Pressão máx.	6,5 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

