


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/08/2025 - 03/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	242 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025)	9,441 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021569
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.0	Percentil 95.º: 16.2	Máximo: 54.3	
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 0.1	IAH: 2.8	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.8
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021569


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

