


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/07/2025 - 26/08/2025
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	172 horas 32 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/08/2025)	6,531 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221799892
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 6.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 15.9	Máximo: 25.6	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.0	IAH: 0.3	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799892

Utilização (horas)

Dias de utilização **25/30 (83 %)**
>= 4 horas dias **25 (83 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **5 (17 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,9 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **25,6**
% 95.º (méd.) **15,9**
Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **6,9**
% 95.º (méd.) **6,6**
Mediana (méd.) **5,5**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.3**
IH ☐ **0.0**
IA ☐ **0.3**
IAC **0,2**
IAO **0,0**
IAD **0,0**
RERA **0,0**
%RCS (méd.) **0.0**

