


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/07/2025 - 27/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	207 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/08/2025)	2,271 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882365
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 13.8	Percentil 95.º: 27.8	Máximo: 33.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882365


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

