


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/11/2025 - 15/12/2025
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	166 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/12/2025)	4,985 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221745231
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	6.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 6.5	Máximo: 6.5	
Fugas — l/min	Mediana: 1.8	Percentil 95.º: 18.2	Máximo: 22.6	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.4	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221745231


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

