


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/02/2026 - 04/03/2026
Dias de utilização	9/30 dias (30%)	
>= 4 horas	4 dias (13%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	31 horas 23 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/03/2026)	2,475 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231697079
Modo	CPAP
Pressão definida	5.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 19.1
Eventos por hora	IAH: 1.7

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231697079


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

