


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 14/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	23 dias (77%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	150 horas 16 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/10/2025)	547 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222041444
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.5	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 11.9	
Fugas — l/min	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 25.7	Máximo: 36.1	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 2.2	IAH: 3.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.4
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222041444

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **23 (77 %)**
< 4 horas dias **7 (23 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **36,1**
% 95.º (méd.) **25,7**
Mediana (méd.) **9,5**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **12,0**
Definir pressão mín. **8,0**

Máximo (méd.) **11,9**
% 95.º (méd.) **11,6**
Mediana (méd.) **10,5**



IAH (eventos/hora)

IAH **3.2**
IH **2.2**
IA **1.0**
IAC **0,0**
IAO **0,5**
IAD **0,4**
RERA **1,0**
%RCS (méd.) **0,0**

